Kartsana Medical GmbH
Robert-Bosch-Str. 19
73117 Wangen
Tel.: +49 (0)7161 - 956 15 99
Fax: +49 (0)7161 - 956 15 98
E-Mail: info@kartsana.de
www.kartsana.de

Tragentisch R1002 BRAVO2





EN - 1865

CERTIFIED 10G EN-1789

CE

TECHNISCHE DATEN / *TECHNICAL DATA*

LÄNGE	*LENGTH*	**2089 mm**
BREITE	*WIDTH*	**632 mm**
HÖHE	*HEIGHT*	**350 mm**
GEWICHT	*WEIGHT*	**110 kg**
BELADUNG MAX.	*MAX. LOAD*	**370 kg**

EIGENSCHAFTEN / *FEATURES*

- Tragentisch für TG1000 powerBRAVA
- Aus V2A-Edelstahl und Aluminium
- Automatische Aufnahme der powerBRAVA per Knopfdruck - Easy-Loading-System
- 3-Punkt-Tragenarretierung
- Automatisches Aufladen der Akkus durch Andockstation
- Parallelverschiebung nach links (bis 122 mm) oder rechts (bis 132 mm)
- Funktion Höhenverstellung der Fahrtrage bei stehendem Fahrzeug
- Einfache Befestigung des Tragentisches in den Krankenwagen auf einer Aluminium-Bodenführungsschiene

- Rail only for TG-1000 POWER BRAVA stretcher
- Movement toward the exterior of the ambulance to easy loading the stretcher
- Manual displacement on 2 guide lines
- Sideways movement of 254 mm of the whole assembly
- Rail made of aluminium and stainless steel
- 3 solid anchoring points for the stretcher
- Easy fixation of the rail into the ambulance with an aluminium floor guide

Parallelverschiebung
(geräuschlos)

122 mm links ⟷ 132 mm rechts

Automatische Aufnahme der powerBRAVA per Knopfdruck



KARTSANA Medical GmbH; Robert-Bosch-Straße 19; 73117 Wangen; Telefon +49 (0)7161 - 9 56 15 99; info@kartsana.de